



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Общество с ограниченной ответственностью Медико-инженерный центр "Аквита", ОГРН: 1157746510239.

Адрес места нахождения: 129226, Российская Федерация, город Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 12А, строение 4.

Телефон: +74957992481, адрес электронной почты: acvita@bk.ru

**в лице** Генерального директора Кочнева Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава

**заявляет, что** Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-1», «Лимфа-Э-2», «Лимфа-Э-3»

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Медико-инженерный центр "Аквита"

Адрес места нахождения: 129226, Российская Федерация, город Москва, Сельскохозяйственная улица, дом 12А, строение 4.

Адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 129226, Российская Федерация, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 12, корпус №2.

Продукция выпускается в соответствии с техническими условиями № ТУ 9444-001-11292980-2014 «Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-1», «Лимфа-Э-2», «Лимфа-Э-3» с принадлежностями».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9019 10 900 9

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 25 ЭМС/2018 от 21.02.2018 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНИИМП» (ООО «ЦСМИ ВНИИМП»).


Схема декларирования: 1д

**Дополнительная информация**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: СТБ МЭК 60601-1-2-2006 (разделы 3 и 36) «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний».

Условия хранения: в упаковке на складах предприятия-изготовителя и предприятия-потребителя по условиям хранения 2 согласно ГОСТ 15150. Средний срок службы: блок управления пневмосистемой - не менее 5 лет; массажные манжеты - не менее одного года при средней интенсивности эксплуатации не более шести часов в сутки.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.02.2023 включительно**

  
(подпись)



Кочнев Игорь Вячеславович  
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АЛ87.В.00528

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.02.2018